仕様書

1 品　　名　　アスベスト大気サンプラー　買入

2 仕 様 等　　別表のとおり

3 購入数量　　一式

4 既設品の引き取り　なし

5 納入期限　　平成27年12月4日

7 納入場所　　〒543-0026　大阪市天王寺区東上町8番34号
大阪市立環境科学研究所（1階）

8 その他

1 機器納入に関し、資材・部材等必要品及び作業は本契約に含むものであること。
2 機器の納入は平日9時から17時30分までの間に行うこととし、事前に担当者と日程・時間調整を行うこと。また、納入場所の詳細確認も合わせて行うこと。
3 納入時の機器の据付調整については確実にこれを行うこと。
4 納入時に機器の取扱い説明を行うこと。
5 納入時に社内試験報告書（1部）、操作手順書及び取扱説明書（日本語版・2部）を提出すること。
6 納入時に製品保証書（1部）を提出すること。なお、保証期間は1年とする。
7 当施設内には、様々な研究検査機器や設備があるので、納入時にはこれらを破損・汚損しないように注意すること。また、破損・汚損の発生時には、現状回復義務を負うものであること。
8 応札に当たっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に入札説明書記載の方法によりよく質し、その内容を熟知のうえ応札するものとする。
質問受付期間後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は本市の解釈によるもとする。
9 その他
・大阪市暴力団排除措置要綱を遵守すること。
・グリーン配送にかかる特記仕様書を遵守すること。

〒543－0026　大阪市天王寺区東上町8－34
大阪市立環境科学研究所　管理課　久米　　電話06-6771-8331

別表

右記仕様を満たしたもの	アスベスト大気サンプラー　仕様 (ア)サンプリングポンプ、三脚、流量計、バッテリ、バッテリ充電器からなる構成であること （イ）「アスベストモニタリングマニュアル（第4版）」環境省および「大阪府公告第二十四の二『石綿の濃度の測定法』」にもとづく空気中総繊維数濃度または石綿濃度の測定の使用に準拠していること （ウ）JIS K 3850-1「空気中の繊維状粒子測定方法」へ準拠していること （エ）AC電源およびバッテリによる使用が可能であり、最大5時間以上バッテリによる連続使用が可能であること （オ）現場でのバッテリの交換が可能であること。バッテリの更新で本体ポンプの継続使用が可能であること （カ）流量範囲が可変であること（2～13L程度以上）。 （キ）タイマーによる開始・停止が可能であること （ク）高精度の流量計を備えていること（±5%以下） （ケ）納品後1年間は無償保証期間とすること。それ以降についても、設置当初の装置の不具合に起因するものについては、無償で対応すること。当該機器の部品供給については、10年間対応すること。